

pH 标准缓冲粉剂(组合 I)

产品简介

pH 标准溶液的 pH 值是已知的, 并达到规定的准确度, 其 pH 值有良好的复现性和稳定性, 具有较大的缓冲容量, 较小的稀释值和较小的温度系数, 该 pH 标准缓冲溶液常用于酸度计的定值和斜率校准, 其准确度范围在 ± 0.01 pH; pH 标准缓冲粉剂(组合 I)由 pH=4.01、pH=6.86 和 pH=9.18 组成。该试剂仅用于科研领域, 不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称 \ 编号	ADS093B0 3×250mL	ADS093B1 3×1L	Storage
试剂(A): pH 标准缓冲粉剂(pH=4.01)	250mL	1L	RT
试剂(B): pH 标准缓冲粉剂(pH=6.86)	250mL	1L	RT
试剂(C): pH 标准缓冲粉剂(pH=9.18)	250mL	1L	RT
使用说明书	1 份		

操作步骤(三点校准通用, 仅供参考)

- 1、取 pH 标准缓冲粉剂, 充分溶解于相应体积的蒸馏水或超纯水, 精确定容后即成。
- 2、将 pH 电极在纯水中清洗干净并甩干。
- 3、用温度计测量 pH 标准缓冲溶液的温度, 并将 pH 计的温度值调整准确, 自动温度 pH 计无需该步骤。
- 4、定位校正: 将 pH 电极浸入 pH 标准缓冲溶液(pH=6.86)中, 稍微搅动后静止放置, 待测量值稳定后, 按校准键或参考仪器说明校准, 一般会先显示闪烁的 6.86, 再显示 pH 校准数值, 表示 pH6.86 的校准完成。
- 5、斜率校准 I :取出 pH 电极, 用纯水清洗干净并甩干, 将 pH 电极浸入 pH 标准缓冲溶液(pH=4.01)中, 稍微搅动后静止放置, 待测量值稳定后, 按校准键或参考仪器说明校准, 一般会先显示闪烁的 4.01, 再显示 pH 校准数值, 表示 pH4.01 的校准完成, 完成校准后会自动显示电极在该线性段的斜率百分比(如显示 99%)。
- 6、斜率校准 II :取出 pH 电极, 用纯水清洗干净并甩干, 将 pH 电极浸入 pH 标准缓冲溶液(pH=9.18)中, 稍微搅动后静止放置, 待测量值稳定后, 按校准键或参考仪器说明校准, 一般会先显示闪烁的 9.18, 再显示 pH 校准数值, 表示 pH9.18 的校准完成, 完成校准后会自动显示电极在该线性段的斜率百分比(如显示 98%)。

注意事项

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用, 尤其以 pH 标准缓冲溶液(pH=9.18)较易失效。

- 2、显示 pH 校准数值时，pH 值会随温度不同而不同，例如在定位校正中，25℃时显示 6.86，15℃时就显示 6.90。
- 3、根据 pH 等温测量原理，被测溶液的温度与校准溶液的温度越接近，其测量的准确度就越高。
- 4、对于大多数检测，可以采用两点校准；如果测量范围仅在酸性范围(pH < 7.00)，可以选择 pH6.86 和 pH4.01 校准；如果测量范围仅在碱性范围(pH > 7.00)，可以选择 pH6.86 和 pH9.18 校准；如果测量范围比较宽或 pH 电极老化，应进行三点校准。
- 5、如发现标准缓冲液中出现浑浊、发霉或沉淀等现象，则不能继续使用。
- 6、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：24 个月。

附录：不同温度下，pH 标准缓冲溶液对应的 pH 值。《中国药典》(2020 版第四部)

温度	pH1.68	pH4.01	pH6.86	pH9.18	pH12.45
5℃	1.67	4.00	6.95	9.39	13.21
10℃	1.67	4.00	6.92	9.33	13.00
15℃	1.67	4.00	6.90	9.28	12.81
20℃	1.67	4.00	6.88	9.23	12.63
25℃	1.68	4.01	6.86	9.18	12.45
30℃	1.68	4.01	6.85	9.14	12.30
35℃	1.69	4.02	6.84	9.11	12.14
40℃	1.69	4.03	6.84	9.07	11.98
45℃	1.70	4.04	6.83	9.04	11.84
50℃	1.71	4.06	6.83	9.02	11.71
55℃	1.72	4.07	6.83	8.99	11.57
60℃	1.72	4.09	6.84	8.97	11.45