

活化部分凝血活酶时间(APTT)检测试剂盒(鞣花酸凝固法)

产品简介

静脉血离体后至完全凝固所需的时间即为凝血时间，它是反映内源性凝血系统各凝血因子活性的筛选实验，活化部分凝血活酶时间(APTT)是利用在37°C以鞣花酸激活因子XII，以部分凝血活酶代替血小板提供凝血的催化表面，在Ca²⁺参与下，使纤维蛋白原转变为不溶性纤维蛋白，计算缺乏血小板的血浆凝固所需的时间。

活化部分凝血活酶时间(APTT)检测试剂盒(鞣花酸凝固法)用于人、动物血液的活化凝血时间的测定，是反映内源性凝血系统较敏感和常用的筛选实验。该试剂盒仅用于 科研领域，不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成

名称	编号	ADS164TC0	ADS164TC1	Storage
		50T	100T	
试剂(A): 柠檬酸钠抗凝剂(109mM)		10ml	20ml	RT
试剂(B): APTT 鞣花酸溶液		5ml	10ml	4°C
试剂(C): CaCl ₂ (25mM)		5ml	10ml	4°C
使用说明书		1 份		

自备材料

- 1、离心机、计时器、水浴锅

操作步骤(仅供参考)

- 1、制备待测血浆：取新鲜待测静脉血与柠檬酸钠抗凝剂(109mM)按 9: 1 混合，轻轻混匀，3000r/min 离心 10min，收集上层液(缺乏血小板的血浆)，转移至塑料试管或离心管，以防止血小板被激活；同时应设正常对照血浆。
- 2、将 APTT 鞣花酸溶液平衡至室温，颠倒混匀，取待测血浆(包括正常对照血浆)、APTT 鞣花酸溶液各 0.1ml，混匀。
- 3、置于 37°C水浴 5min，期间轻轻混匀数次。
- 4、加入经温育至 37°C的 CaCl₂(25mM)0.1ml，立刻计时，置于水浴中不断震荡，约 30s 时取出，观察出现纤维蛋白丝的时间，重复 2 次取平均值。

参考区间：22~38 秒

该区间仅供参考，由于试剂、人群、仪器等不同，会导致参考值不同，建议各实验室建立

自己的参考范围。

注意事项

- 1、以上操作，应同时测定正常对照。
- 2、可以采用枸橼酸钠抗凝管采集血浆，不能用 EDTA、肝素、草酸盐等作为抗凝剂，获得样本后应及时检测，一般不应超过 2h，37℃ 孵育时间不应少于 3min。
- 3、分离血浆应在 3000r/min 离心 10min，务必去除血小板。
- 4、APTT 鞣花酸溶液预热不可超过 15min。
- 5、实验材料不能含有去污剂，否则测定结果可假性延长。
- 6、测定温度 36.5~38.5℃，过低或过高均可造成假性延长。
- 7、操作时光线充足，凝血活酶的终点计算以出现浑浊的初期凝固为准。
- 8、APTT 鞣花酸溶液长期保存后可能会出现黄色沉淀，用前振摇均匀即可。
- 9、口服避孕药、雌激素、妊娠、香豆素类、天冬酰胺酶等可影响 APTT 测定结果。
- 10、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。

有效期：12个月；低温运输，4℃保存。