

## 过氧化氢含量 (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) 试剂盒说明书

(货号:ADS-W-YH001-48 微板法 48 样)

### 一、产品简介:

过氧化氢 (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)是重要的活性氧之一, 不仅具有损伤生物大分子、产生细胞毒害的能力, 而且还可以作为信号分子, 在生物和非生物胁迫应激、细胞程序性死亡以及生长发育调控过程中起重要作用。它与钛盐反应生成过氧化物—钛复合物黄色沉淀, 可被浓硫酸溶解后, 在波长 415nm 波长下有最大吸收峰。其颜色深浅与 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 浓度成线性关系。

### 二、试剂盒的组分与配制:

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉剂 1 支	4°C保存	临用前加入 2mL 水, 涡旋振荡充分溶解, 若有沉淀, 可静置 10min (或更长时间) 或于 5000rpm 室温离心 5min, 取上清液用于检测。
试剂二	液体 2.5mL×1 瓶	4°C保存	
试剂三	液体 12mL×1 瓶	4°C保存	
标准品	液体 1 支	4°C保存	若重新做标曲, 则用到该试剂。

### 三、需自备的仪器和用品:

酶标仪、96 孔板、台式离心机、可调式移液器、丙酮、研钵和冰。

### 四、过氧化氢 (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>) 的测定:

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定, 了解本批样品情况, 熟悉实验流程, 避免实验样本和试剂浪费!

#### 1、样本制备

##### ① 组织样本:

称取约 0.1g 组织 (水分充足的样本可取 0.5g), 加入 1mL 丙酮, 进行冰浴匀浆, 转移至 EP 管中, 用丙酮定容至 1mL, 12000rpm, 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照组织质量(g):预冷丙酮(mL)为 1:5~10 的比例进行提取。

##### ② 细菌/细胞样本:

先收集细菌或细胞到离心管内, 离心后弃上清; 取约 500 万细菌或细胞加入 1mL 预冷丙酮, 超声波破碎细菌或细胞 (冰浴, 功率 200W, 超声 3s, 间隔 10s, 重复 30 次); 用丙酮定容至 1mL, 12000rpm 4°C离心 10min, 取上清, 置冰上待测。

【注】: 若增加样本量, 可按照细菌/细胞数量(10<sup>4</sup>):预冷丙酮(mL)为 500~1000:1 的比例进行提取。

##### ③ 液体样本: 直接检测。

#### 2、上机检测

① 酶标仪预热 30min 以上, 调节波长至 415nm。

② 在 EP 管中依次加入:


试剂名称 (μL)	测定管	空白管 (只做一次)
样本	250	
丙酮		250
试剂一	25	25
试剂二	50	50

充分混匀，12000rpm，25℃离心 10min，弃上清，留沉淀		
试剂三	230	230
加入试剂三溶解沉淀后混匀，若有沉淀产生，12000rpm 离心 2 分钟即可。 取 200μL 上清液转移至 96 孔板中， 于 415nm 处读取吸光值 A。ΔA = A 测定-A 空白。		

- 【注】：1. ΔA 线性范围为 0.03-1.0，若 ΔA 超过 1.0 则样本需要用丙酮稀释，计算公式乘以相应稀释倍数 D。若 ΔA 值较低可增加样本取样质量 W(如增加至 0.2g)或增加样本加样体积 V1(如由 250μL 增至 500μL，其他试剂不变)，则改变后的 W 和 V1 代入公式重新计算。
2. 对于色素含量高的样本可能在加入试剂二后出现悬浮黑色物质，可减少样本量（如减至 50μL，则另加 200μL 丙酮，总共 250μL），或在加入试剂三前的沉淀中加入 250μL 丙酮混匀离心除去色素（重复 2 次）。

## 五、结果计算：

1、标准曲线方程： $y = 2.4544x - 0.0329$ ；x 为标准品摩尔质量，μmol；y 为 ΔA。



2、按照样本质量计算：

$$\text{H}_2\text{O}_2 \text{ 含量}(\mu\text{mol/g 鲜重}) = [(\Delta A + 0.0329) \div 2.4544] \div (W \times V1 \div V) \times D = 1.63 \times (\Delta A + 0.0329) \div W \times D$$

3、按细胞数量计算：

$$\begin{aligned} \text{H}_2\text{O}_2 \text{ 含量}(\text{nmol}/10^4 \text{ cell}) &= [(\Delta A + 0.0329) \div 2.4544] \div (500 \times V1 \div V) \times 10^3 \times D \\ &= 3.26 \times (\Delta A + 0.0329) \times D \end{aligned}$$

4、按液体体积计算：

$$\text{H}_2\text{O}_2 \text{ 含量}(\mu\text{mol}/\text{mL}) = [(\Delta A + 0.0329) \div 2.4544] \div V1 \times D = 1.63 \times (\Delta A + 0.0329) \times D$$

V---加入提取液体积，1mL； V1---加入反应体系中样本体积，0.25mL；  
W---样本质量，g； D---稀释倍数，未稀释即为 1。

附：标准曲线制作过程：

- 1 制备标准品母液（20 μmol/mL）：临用前取出 10μL 标准品溶解在 4.99mL 丙酮中，充分混匀。
- 2 把母液用丙酮稀释成以下浓度梯度的标准品：0，0.2，0.4，0.6，0.8，1.0，1.2 μmol/mL。也可根据实际样本来调整标准品浓度。
- 3 依据测定管的加样表操作，根据结果即可制作标准曲线。