

## 血糖含量 (GOPOD 氧化酶法) 检测试剂盒说明书

(货号: ADS-W-TDX001 微板法 96 样)

### 一、产品简介:

哺乳动物血液中的葡萄糖称为血糖，是其体内糖的主要运输形式。血糖浓度受神经系统和激素的调节而保持相对稳定，调节失衡时出现高血糖和低血糖。

葡萄糖被葡萄糖氧化酶氧化成葡萄糖酸并产生过氧化氢；过氧化物酶催化过氧化氢氧化4-氨基安替比林偶联酚生成有色化合物，通过检测该有色化合物在 510nm 的特征吸收峰，进而得出血糖含量。

### 二、试剂盒组分与配制：

试剂名称	规格	保存要求	备注
试剂一	粉体 1 支	-20°C 保存	临用前加 2.1mL 的蒸馏水溶解备用。
试剂二	液体 18mL×1 瓶	4°C 保存	
标准管	粉体 1 支	4°C 保存	用前准确称取 2mg 粉体即葡萄糖至一新 EP 管中，再加 2mL 蒸馏水充分溶解即得 1mg/mL 标准品，待用。

### 三、所需仪器和用品：

酶标仪、96 孔板、天平、移液器、研钵、离心机、蒸馏水。

### 四、血糖含量检测：

建议正式实验前选取 2 个样本做预测定，了解本批样品情况，熟悉实验流程，避免实验样本和试剂浪费！

1、血清样本：直接检测。

2、上机检测：

① 酶标仪预热 30min，设置温度在 25°C，设定波长到 510nm。

② 做实验前选取 2 个样本，找出适合本次检测样本的稀释倍数 D。

③ 在 96 孔板中依次加入：

试剂名称 ( $\mu$ L)	测定管	空白管 (仅做一次)	标准管 (仅做一次)
样本	10		
蒸馏水		10	
标准品			10
试剂一	20	20	20
试剂二	170	170	170
混匀，37°C 避光反应 30min，510nm 下读取吸光值 A， $\Delta A$ 葡萄糖 = A 测定 - A 空白。			

【注】：1. 若测定管的 A 值超过 1.5，可把样本用蒸馏水进行稀释，稀释倍数 D 代入计算公式。

2. 若  $\Delta A$  低于 0.01，可增加样本加样量 V2（如增至 50 $\mu$ L），则试剂二相应减少，空白管和标准管的加样体系保持不变。

### 五、结果计算：

1、血糖含量( $\text{mg}/\text{mL}$ )=(C 标准×V1)× $\Delta A$  葡萄糖÷(A 标准-A 空白)÷V2×D

C 标准---葡萄糖标准品浓度，1 $\text{mg}/\text{mL}$ ； 葡萄糖分子量---180；

V1---标准品加样体积，0.01mL； V2---样本加样体积，0.01mL； D---稀释倍数，未稀释即为 1；